



**SZPITAL POWIATOWY**  
IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II  
ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, POLSKA  
Telefon: (89) 675 23 50, Faks: (89) 764 29 58  
e-mail: [sekretariat@szpital-bartoszyce.pl](mailto:sekretariat@szpital-bartoszyce.pl)  
w: <http://www.szpital-bartoszyce.pl/>  
„Żadne prawdziwe wołanie o pomoc nie pozostanie bez odpowiedzi”

**Bartoszyce, 22.05.2023 r.**

**SHIELTEC Sp. z o. o.**

**ul. Wyzwolenia 27**

**43-190 Mikołów**

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszykach w odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące przetargu na zbycie mienia ruchomego - tomografu komputerowego, udziela odpowiedzi, o treści poniżej:

*Pytanie 1.*

W załączniku nr 1 wspominają Państwo o zdemontowaniu lampy rtg przed wydaniem urządzenia. Proszę potwierdzić, że stara, zużyta lampa RTG zostanie zamontowana na aparacie. Lampa RTG jest integralną częścią urządzenia medycznego jakim jest tomograf –nawet uszkodzona. Zwyczajowo producenci lamp odbierają lampy zużyte ale podczas wymiany – w Państwa przypadku, jak domnimam, uszkodzona lampa będąca Państwa własnością jest dostępna, a zwracają Państwo jedynie lampę dzierżawioną

*Odpowiedź:* Potwierdzamy.

*Pytanie 2.*

Kto będzie odpowiedzialny za wymianę lampy dzierżawionej i montaż starej, będącej Państwa własnością (nie było zbycia mienia w postaci starej lampy) – przed wydaniem urządzenia?

*Odpowiedź:* Podmiot serwisujący aparat TK.

*Pytanie 3 .Czy w skład urządzenia i demontażu wchodzi rozdzielnia elektryczna aparatu, tzw. PDB?*

*Odpowiedź:* Tak.

*Pytanie 4. Proszę o oświadczenie, że przed demontażem dzierżawionej lampy RTG sprzedawany tomograf był kompletny i diagnostycznie sprawny.*

*Odpowiedź:* Informujemy, że w chwili obecnej tomograf jest kompletny i technologicznie sprawny.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bartoszykach

*Stawomir Wójcik*  
Lekarz