

# Shieltec



Mikołów, 19 maj 2023

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  
ul. Wyszyńskiego 11  
11-200 Bartoszyce

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach

*Sławomir Wójcik*  
Lekarz

## PYTANIA

dotyczy: przetargu na zbycie mienia ruchomego – tomografu komputerowego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży używanego tomografu komputerowego GE Optima 540 proszę o doprecyzowanie opisu sprzedawanego mienia:

1. W załączniku nr 1 wspominają Państwo o zdemontowaniu lampy rtg przed wydaniem urządzenia. Proszę potwierdzić, że stara, zużyta lampa RTG zostanie zamontowana na aparacie. Lampa RTG jest integralną częścią urządzenia medycznego jakim jest tomograf – nawet uszkodzona. Zwyczajowo producenci lamp odbierają lampy zużyte ale podczas wymiany – w Państwa przypadku, jak domniemam, uszkodzona lampa będąca Państwa własnością jest dostępna, a zwracają Państwo jedynie lampę dzierżawioną.
2. Kto będzie odpowiedzialny za wymianę lampy dzierżawionej i montaż starej, będącej Państwa własnością (nie było zbycia mienia w postaci starej lampy) – przed wydaniem urządzenia?
3. Czy w skład urządzenia i demontażu wchodzi rozdzielnia elektryczna aparatu, tzw. PDB?
4. Proszę o oświadczenie, że przed demontażem dzierżawionej lampy RTG sprzedawany tomograf był kompletny i diagnostycznie sprawny.

Signed by /  
Podpisano przez:

Mariusz  
Figołuszka

Date / Data:  
2023-05-19 11:49

