

09/2017
Bartoszyce, 2017-07-25

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
tel. (89) 764 94 84, tel./fax (89) 764 26 25
NIP 743-15-41-587 • REGON 000308435

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **09/2017**.

Nazwa zadania: "**Sukcesywna dostawa endoprotez ortopedycznych.**"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Dotyczy zadania nr 01, opis nr IV, pozycja nr 03 i 08

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 1, Opisu nr IV Mając na względzie zasadę równego traktowania Wykonawców i uczciwą konkurencję czy zamawiający dopuści wycenę wkładek polietylenowych (Ip. 3) w ilości 140 szt. z jednoczesnym wykreśleniem Ip. 8 - wkładek ceramicznych.

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 01, opis nr IV, wykreśla pozycję nr 08 oraz zmienia ilość w pozycji nr 03 z 40 szt. na 140 szt.

2. Dotyczy zadania nr 01, opis nr IV, pozycja nr 04

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 1, Opisu nr IV Czy zamawiający w Ip. 4 dopuści zaoferowanie: Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonanej ze stopu CoCrMo w 4 długościach szyjki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Dotyczy zadania nr 01, opis nr III, pozycja nr 6

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 1, Opisu nr III Prosimy o wyjaśnienie czy w opisie nr III Ip. 6 (śruby tytanowe) nie ma omyłki pisarskiej tj. czy do wyceny należy przyjąć 40 czy 140 szt. śrub?

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 01, opis nr III zmienia ilość w pozycji nr 06 z 40 szt. na 140 szt.

4. Dotyczy zadania nr 01, opis nr II

Czy Zamawiający dopuści:

Trzpień bezcementowy, bezkońierzowy ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym napyleniem tytanowym. Warstwa powierzchniowa implantu nasycona jonami wapnia w technologii zapewniającej właściwości osteoindukcyjne i bakteriostatyczne. Trzpień prosty, uniwersalny, samocentrujący w kanale (stożkowy w dwóch płaszczyznach), w minimum 8 rozmiarach i 2 opcjach offsetu lateralnego. Stożek trzpienia w standardzie Eurokonus (tzw. 12/14)

Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36 mm w czterech długościach szyjki.

Głowy ceramiczne o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36 mm

Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy. W komplecie zaśleпка.

Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE zabezpieczanego w procesie produkcji przed utlenianiem , dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm i 36mm.

Śruby- do panewki z otworami, średnica 6.5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pod warunkiem zachowania ilości wskazanych w opisie nr II oraz z uwzględnieniem pozycji 07 tj. ostrza jednorazowego do stosowanego napędu.

5. Dotyczy zadania nr 01, opis nr IV

Czy Zamawiający dopuści:

Trzpień bezcementowy, bezkołnierzowy ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym napyleniem tytanowym. Warstwa powierzchniowa implantu nasycona jonami wapnia w technologii zapewniającej właściwości osteoindukcyjne i bakteriostatyczne. Trzpień prosty, uniwersalny, samocentrujący w kanale (stożkowy w dwóch płaszczyznach), w minimum 8 rozmiarach i 2 opcjach offsetu lateralnego. Stożek trzpienia w standardzie Eurokonus (tzw. 12/14)

Głowy ceramiczna Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36 mm w czterech długościach szyjki.

Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy . W komplecie zaśleпка.

Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE zabezpieczanego w procesie produkcji przed utlenianiem , dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm i 36mm.

Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki biolox delta, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm i 36mm.

Śruby - do panewki z otworami, średnica 6.5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pod warunkiem zachowania ilości wskazanych w opisie nr IV oraz z uwzględnieniem:

- 1) pozycji nr 04 tj. *Głowa w Średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki;*
- 2) pozycji nr 06 tj. *Ostrze jednorazowe;*
- 3) zmiany wynikającej z odpowiedzi na pytanie nr 1 tj. *liczby wkładek do panewek bezcementowych, wykonanych z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm. (pozycja 03) w ilości 140 szt. oraz wykreślenia pozycji nr 08.*

6. Dotyczy zadania nr 01

Działając na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych, zwracamy się do

Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych proponowanych konkurencyjnych rozwiązań:

Zadanie nr 01			
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego			
PRODUKT RÓWNOWAŻNY WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU:			
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn.	Ilość

		miar	
1	Trzpień -bezcementowy ze stopu tytanowego w minimum 11 rozmiarach i dwu wersjach kąta szyjkowo-trzonowego 135° i 128° każdy z rosnącym proporcjonalnie wraz z rozmiarem off-setem (odległość boczna między osią trzpienia a środkiem głowy), w części bliższej poszerzony, z dwoma pobocznymi skrzydłami derotacyjnymi i płetwą krętarzową, powierzchnia w części proksymalnej pokryta plazmą tytanową, Eurostożek 12/14.	szt.	140
2	Panewka bezcementowa, hemisferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta plazmą tytanową o zaawansowanej strukturze, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 44 do 68mm. Panewka wewnątrz uniwersalna z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej.	szt.	140
3	Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej odporności na ścieranie, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 10 stopniową nadbudową antyluksacyjną.	szt.	140
4	Śruby tytanowe do panewek	szt.	40
5	Głowy ceramiczne, Biolox Delta, o średnicy 28, 32 i 36 mm, każda o 4 długościach szyjki	szt.	100
6	Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 i 36 mm, każda o 5 długościach szyjki	szt.	40
7	Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu	szt.	140

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, z modyfikacją poz. 4 z 40 szt. na 140 szt.

7. Dotyczy zadania nr 02

Działając na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych, zwracamy się do

Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych proponowanych konkurencyjnych rozwiązań:

Zadanie nr 02			
Endoproteza cementowa stawu kolanowego			
PRODUKT RÓWNOWAŻNY WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU:			
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miar	Ilość
1	Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowana z zachowaniem (CR DD) lub bez zachowania PCL (PS, UC). Element udowy wielopromieniowy (w osi A/P), anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.	szt.	50
2	Taca piszczelowa cementowana, wykonana ze stopu kobaltowo - chromowego ze specjalnym obwodowym mechanizmem zatraskowym, min 9 rozmiarów	szt.	15
3	Wkładka mocowana na całym obwodzie, z wysokousieciowanego β -polietylenu o	szt.	15

	najwyższej odporności mechanicznej i oksydacyjnej w 3 wersjach DD, PS, UC. Min. 5 grubości		
4	Komponent puszczelowy cementowany typu All-Poly w wersji PS lub DD w min 6 rozmiarach i min 4 grubościach	szt.	35
5	Rzepka polietylenowa w 5 rozmiarach	szt.	4
6	Taca puszczelowa uniwersalna z możliwością dokręcenia:	szt.	5
7	przedłużek cementowych	szt.	5
8	błoczków uzupełniających 4 i 8 mm	szt.	5
9	Cement z gentamycyną 60 g zintegrowany w podajniko-mieszalniku	szt.	50
10	System jednorazowy do płukania pulsacyjnego z wbudowanym silniczkiem i końcówką do płukania	szt.	50
11	Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu	szt.	50

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pod warunkiem dodania do w/w opisu pozycji: System do próżniowego mieszania cementu w ilości 50 szt.

8. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 10 lit. a)

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w Nowym Tomysłu pomiędzy:

..... wpisanym do..... pod numerem....., NIP.....,

REGON.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Przechowawcą

a

Aesculap Chifa Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Tomysłu, przy ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysłu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094176, NIP: 788-00-08-829, REGON 6300002936,

reprezentowanym przez:

- 1).....
- 2).....

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się _____ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan _____
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan _____

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1 pkt. b, c:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

b) za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie,**

c) za opóźnienie w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanych towarów, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych towarów.**

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść postanowień wzoru umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1 pkt. b, c:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

b) za opóźnienie w terminie dostawy, w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie,

c) za opóźnienie w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanych towarów, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto reklamowanych towarów.

**Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie Zadania nr 02 opisu nr 1:
Zamawiający dodaje pozycję nr 10 o nazwie *System do próżniowego mieszania cementu* w ilości
50 szt.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający jednocześnie przypomina, że **termin składania ofert upływa 28.07.2017r.,
o godz. 11:00.** Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:30.

Załączniki

uaktualniony formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ

uaktualniony wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
Lekarz

.....
Kierownik zamawiającego
25.07.2017 r.

