

14/2017

Bartoszyce, 31.10.2017r.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 89 675 23 05 • fax 89 764 26 25
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 14/2017.

Nazwa zadania: „**Zakup sterylizatora parowego do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. dotyczy Umowy § 5 pkt 1.1)

Z uwagi na miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych za zwłokę w realizacji do wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. dotyczy Umowy § 5 pkt 1.2)

Z uwagi na miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary w przypadku odstąpienia od umowy do wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. dotyczy Umowy § 6 pkt 1.1)

1) opóźnienia Wykonawcy w dostawie Przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 30 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. dotyczy Umowy § 6 pkt 1.2)

1) opóźnienia Wykonawcy w dostawie Przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 30 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy SIWZ IV Termin wykonania zamówienia

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga komory z płaszczem zebrowanym o lekkiej konstrukcji i grubości ścian 4mm zapewniającej szybkie i równomierne nagrzewanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający jednocześnie przypomina, że termin składania ofert upływa **03.11.2017r. o godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o **godz. 11:30**.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik
Lekarz

.....
Kierownik zamawiającego