

04/2018  
Bartoszyce, 02.05.2018r.

SZPITAL POWIATOWY  
im. Jana Pawła II  
11-200 BARTOSZYCE  
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
tel. 89 675 23 05 • fax 89 764 26 25  
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

**Do wszystkich wykonawców  
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **04/2018**.

**Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych.”**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**1. Dotyczy Zadania nr 10:**

1. Czy zamawiający w zadaniu 10 dopuści Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm. dł 12mm, wys. 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr. 4,5mm, sterylony.
2. Czy zamawiający w zadaniu 10 Implant wchłaniający śruba interferencyjna biokompozytowa z główką o składzie (30/70) 30%  $\beta$  (3- (TCP)Tricalcium Phosphate, 70% Polylactide (PLLA). Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach średnicy 7mm dla dł. 20mm, 25mm, 30mm, dla średnicy 8mm 9mm dla 20mm, 25mm, 30mm, 35mm oraz dla średnicy 10mm dla 25mm, 30mm/35mm. Implant sterylony.
3. Czy zamawiający w zadaniu 10 dopuści Implant rewizyjny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm. dł 20mm, wys. 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr. Od 5mm do 10mm, sterylony.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 11:**

Pozycja 3:

Kotwica tytanowa z nilinowanymi ramionami (wbijana) o średnicy 2,4 mm zaopatrzona w szew, niewchłaniający, polietylenowy, pleciony oraz jednorazowy aplikator.

Pozycja 5:

Instrument jednorazowy do przewlekania oraz manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zgięcia 45st prawy, 45 st lewy, 45 st w górę, 90 st haczykowy, oraz prosty dostosowany do nici i drutów ninylowych.

Pozycja 6:

Kaniule jednorazowe, gładkie z kołnierzem lub wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitki, o rozmiarach 5,5 do 8,5 i długości 55 do 90mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### 3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12:

#### Pozycja 1:

Zestaw do szycia łąkrotek pozwalający na szycie techniką ALL INSIDE w dowolnej konfiguracji horyzontalnie, wertykalnie, skośnie. Implant składa się z dwóch tylnych zapadek wykonanych z PEEK, mniejsza dwukrotnie kaniulowana, większa trzykrotnie kaniulowana oraz częściowo biochłonialnej (55% PDS, 45% High Molecular Weight PE) nici plecionej o rozmiarze #2/0. Implant osadzony na niskoprofilowej igle dostępnej w trzech wariantach 0°, 12°, 27° kąta zgięcia. Implant wprowadzany za pomocą pistoletu jednorazowego z dwoma spustami. Elastyczny system, umożliwiający niezakłóconą pracę łąkotki, niskoprofilowy – zminimalizowany wpływ na chrząstkę stawową. Nie wymaga mierzenia, pozwala na dotarcie do każdego miejsca łąkotki bez możliwości uszkodzenia naczyń, nerwów – głębokości 10, 13, 15, 20 mm.

#### Pozycja 2:

Wprowadzacz.

#### **Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym oferty składane w niniejszym postępowaniu muszą uwzględniać wszelkie modyfikacje wprowadzone niniejszym dokumentem.

**Brak uwzględnienia zmian wprowadzonych niniejszym dokumentem będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP, t.j. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.**

Zamawiający jednocześnie przypomina, że termin składania ofert upływa **10.05.2018r.**,

o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:30.

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bańszczycach

.....  
**Kierownik Zamawiającego**  
Lekarz