

08/2017
Bartoszyce, 2017-07-13

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11
Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
tel. (89) 764 94 84, tel./fax (89) 764 26 25
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **08/2017**.

Nazwa zadania: „**Sukcesywna dostawa dializatorów, roztworów do dializ i innych wyrobów medycznych.**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniach nr 02,03,04,05,06 dopuści złożenie oferty z dializatorami polysulfonowymi spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pytanie do pakietu 9, pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do przezskórnej gastrostomii (PEG), w rozmiarach 18 Ch z końcówką EnFit służącego do połączenia diety z zestawem do podaży diety metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna).

Połączenie EnFit zastępuje dotychczas stosowane połączenia EnLock. Zmiana jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Firma Nutricia sp. z o.o. wraz z innymi wiodącymi producentami, dostawcami i dystrybutorami urządzeń do podaży żywienia dojelitowego z całego świata podjęły współpracę aby zapobiegać niewłaściwej podaży płynów i gazów, poprzez opracowanie nowego standardu ISO dla złączy z otworami o małej średnicy (80369-3), zwanych ENFit™.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3

Pytanie do pakietu 9, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 pozycji 10? Pozwoli to na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów, a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pytanie do pakietu 9, pozycja 9

Czy Zamawiający ma na myśli dietę zgodną z parametrami SIWZ, do podaży przez zgłębnik w opakowaniu miękkim typu pack o pojemności 1000 ml z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 1 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 2 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej

rzepakowy, olej słonecznikowy, ω -3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 3 diety Fresubin Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω -3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 4 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω -3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 5 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml z przeliczeniem ilości opakowań na litry - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kazeina, hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 6 diety Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 7 diety Supportan w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko (kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego): olej szafranowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska zawartość): maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk), dekstryny pszenicy(1,2g/100ml) o osmolarności 340 mOsm/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycji 8, diety cząstkowej w proszku Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycji 9 diety Diben 1,5 kcal HP w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik, bogata w białko 7,5g/100ml oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA 4,6/100ml). Zawiera błonnik (2,3 g/100 ml), MCT oraz EPA i DHA 0,23g/100ml pochodzące z oleju rybnego. Zmodyfikowana pod względem zawartości węglowodanów w celu lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy, o niskiej zawartości sodu oraz cholesterolu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 11 diety Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(szkrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 12 przyrządu do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, uniwersalny do butelek i worków - GraviSet Varioline, ENFit uniwersal?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 13 zestawu do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Freka PEG-Set CH 20, ENFit; 35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17

W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający w § 3 ust. 7 dodaje zdanie:

„(...) W przypadku zadania nr 09 okres ważności nie może być krótszy niż 6 m-cy.”

Pytanie 18

Czy zamawiający w zadaniu nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów 1,7 m2 niskoprzepływowych z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylolopirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy zamawiający w zadaniu nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów 1,7 m2 wysokoprzepływowych z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylolopirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Czy zamawiający w zadaniu nr 4 oraz 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów 1,4 m2 niskoprzepływowych z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów

poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 10 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kazeina, hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 22

Upierzmię proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zadaniu 02, 03, 04, 05 i 06 dializatorów z błoną trójoctan celulozy, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający jednocześnie przypomina, że **termin składania ofert upływa 17.07.2017r.,**

o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:30.

Załącznik - Uaktualniony wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach
.....
Kierownik zamawiającego
13.07.2017 r. *Stawomir Jęgołk*
Lekarz