



10/2018  
Bartoszyce, 14.08.2018r.

**SZPITAL POWIATOWY**

im. Jana Pawła II  
11-200 BARTOSZYCE  
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
tel. 89 675 23 05 • fax 89 764 26 25  
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436

Do wszystkich wykonawców

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **10/2018**.

Nazwa zadania: **„Dostawa sprzętu medycznego oraz sprzętu ICT w ramach projektu p.n.: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.”**

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ w następującym zakresie:

1. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 01 w poz. nr 1 - KARDIOMONITOR (EKG, SATURACJA), 4 SZT.:
  - a) w pkt. III.2 zamawiający zmienia zapis z:  
**„Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6”** na:  
**“Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF”**;
  - b) w pkt. III.12 zamawiający zmienia zapis z:  
**„Graficzne przedstawienie co najmniej 6 odprowadzeń jednocześnie”** na:  
**„Graficzne przedstawienie co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie”**;
  - c) w pkt. VIII.2 zamawiający zmienia zapis z:  
**„Kabel EKG 5-odprowadzeniowy – 2 szt.”** na:  
**„Kabel EKG minimum 3-żyłowy – 2 szt.”**.
2. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 01 w poz. nr 2 - KARDIOMONITOR DO SEGREGACJI, 2 SZT.:
  - a) w pkt. III.2 zamawiający zmienia zapis z:  
**„Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6”** na:  
**„Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF”**;
  - b) w pkt. VIII.2 zamawiający zmienia zapis z:  
**„Kabel EKG 5-odprowadzeniowy – 2 szt.”** na:  
**„Kabel EKG minimum 3-żyłowy – 2 szt.”**.

3. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 01 w poz. nr 3 - KARDIOMONITOR (INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA), SZT. 4:

a) w pkt. I.2 zamawiający zmienia zapis z:

**„Kardiomonitor modułowy. Kardiomonitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Kardiomonitor z 1 płaskim ekranem kolorowym dotykowym typu LCD lub równoważnym z pokrętkiem , przekątna ekranu minimum 15" . - 2 szt” na:**

**„Kardiomonitor modułowy. Kardiomonitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Kardiomonitor z 1 płaskim ekranem kolorowym dotykowym typu LCD lub równoważnym z pokrętkiem , przekątna ekranu minimum 15" .” ;**

b) w pkt. III.2 zamawiający zmienia zapis z:

**„Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6” na:**

**„Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF”;**

c) w pkt. III.12 zamawiający zmienia zapis z:

**„Graficzne przedstawienie co najmniej 6 odprowadzeń jednocześnie” na:**

**„Graficzne przedstawienie co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie”;**

d) w pkt. X.2 zamawiający zmienia zapis z:

**„Kabel EKG 4 lub 5-odprowadzeniowy – 2 szt.” na:**

**„Kabel EKG minimum 3-żyłowy – 2 szt.”;**

e) w pkt. X.8 zamawiający zmienia zapis z:

**„Kardiomonitor przystosowany do pracy z platformą EV1000. Funkcjonalność dostępna na każdym stanowisku monitorowania.” na:**

**„Kardiomonitor przystosowany do pracy z platformą EV1000 posiadaną przez zamawiającego. Funkcjonalność dostępna na każdym stanowisku monitorowania z przeniesieniem co najmniej trzech parametrów pomiarowych na kardiomonitor.”.**

4. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 01 w poz. nr 4 - KARDIOMONITOR (RZUT SERCA , CIŚNIENIE WEWNĄTRZCZASZKOWE), 2 SZT.:

a) w pkt. I.2 zamawiający zmienia zapis z:

**„Kardiomonitor modułowy. Kardiomonitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Kardiomonitor z 1**

plaskim ekranem kolorowym dotykowym typu LCD lub równoważnym z pokrętle , przekątna ekranu minimum 15". - 2 szt" na:

„Kardiomonitor modułowy. Kardiomonitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Kardiomonitor z 1 plaskim ekranem kolorowym dotykowym typu LCD lub równoważnym z pokrętle, przekątna ekranu minimum 15".”;

b) w pkt. I.4 zamawiający zmienia zapis z:

„Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów:

- EKG;
- Liczba oddechów (RESP);
- Saturacja (Spo2);
- Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP);
- Temperatura (T1,T2,TD),
- Ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną IBP
- Kapnografia mierzona w strumieniu głównym lub bocznym EtCO2
- Minutowy rzut serca mierzony małoinwazyjną metodą termodylucji
- Ciśnienie śródczaszkowe” na:

„Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów:

- EKG;
- Liczba oddechów (RESP);
- Saturacja (Spo2);
- Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP);
- Temperatura (T1,T2,TD);
- Ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną IBP;
- Kapnografia mierzona w strumieniu głównym lub bocznym EtCO2;
- Minutowy rzut serca mierzony małoinwazyjną metodą termodylucji przezplucnej lub metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego;
- Ciśnienie śródczaszkowe.”;

c) w pkt. III.2 zamawiający zmienia zapis z:

„Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6” na:

„Rodzaj odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF”;

d) w pkt. III.12 zamawiający zmienia zapis z:

„Graficzne przedstawienie co najmniej 6 odprowadzeń jednocześnie” na:

„Graficzne przedstawienie co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie”;

e) w pkt. X.3 zamawiający zmienia zapis z:

„Zakres pomiaru temperatury płynu iniekcyjnego -1 do 26°C” na:

„Zakres pomiaru temperatury płynu iniekcyjnego od 1°C do 26°C”;

f) w pkt. X.5 zamawiający zmienia zapis z:

„Metoda pomiarowa termodylucji, mało inwazyjna” na:

„Metoda pomiarowa mało inwazyjna termodylucji przezpłucnej lub analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego.”;

g) w pkt. X.6 zamawiający zmienia zapis z:

„W zestawie dla każdego modułu przewody do podłączenia czujników jednorazowych oraz zestaw 5 czujników jednorazowych” na:

„Kardiomonitor przystosowany do pracy z platformą EV1000 posiadaną przez zamawiającego. Funkcjonalność dostępna na każdym stanowisku monitorowania z przenoszeniem co najmniej trzech parametrów pomiarowych na kardiomonitor.”;

h) zamawiający dodaje pkt. X.7 o następującej treści:

„Zestaw trzech czujników do pomiaru rzutu serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego lub termodylucji przezpłucnej”;

i) w pkt. XII.2 zamawiający zmienia zapis z:

„Kabel EKG 4 lub 5-odprowadzeniowy – 2 szt.” na:

„Kabel EKG minimum 3-żyłowy – 2 szt.”.

5. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 01 w poz. nr 6 - DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ I ELEKTROSTYMULACJĄ, 4 SZT.:

a) w pkt. VII.7 zamawiający zmienia zapis z:

„Impregnowana, dedykowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne – 5 szt” na:

„Impregnowana, dedykowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne”.

6. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 03 w poz. nr 1 - RTG CYFROWE PRZYŁÓŻKOWE (SAMOJEZDNE) 1 SZT.:

a) w pkt. III.4 zamawiający zmienia zapis z:

„Maksymalne pole naświetlania: 45x45 cm (dla SID 1 mm)” na:

„Maksymalne pole naświetlania: 45x45 cm (dla SID 1 m)”;

b) zamawiający wykreśla pkt. IV.1:

„Aparat posiada 3-metrowy przewód wyzwala ekspozycji”.

7. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 03 w poz. nr 2 - RTG RAMIĘ C CYFROWE (FLAT PANEL) 1 SZT.:

a) w pkt. III.1 zamawiający zmienia zapis z:

„Lampa dwuogniskowa” na:

„Lampa co najmniej jednoogniskowa”;

- b) w pkt. III.2 zamawiający zmienia zapis z:  
„**Wielkość ogniska małe  $\leq 0,6\text{mm}$ , duże  $\leq 1,2\text{mm}$** ” na:  
„**Wielkość ogniska  $\leq 0,6\text{mm}$  (w przypadku lampy dwuogniskowej podać wielkość każdego z ognisk)**”.
8. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 03 w poz. nr 3 - USG(GŁOWICE CON+LIN+KARDIO+ENDO) 1 SZT.:
- a) w pkt. I.76 zamawiający zmienia zapis z:  
„**Zakres częstotliwości pracy [MHz] – min. 1-86(+/- 1 MHz)**” na:  
„**Zakres częstotliwości pracy [MHz] – min. 1-8(+/- 1 MHz)**”.
9. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 04 w poz. nr 3 - ŁÓŻKO – WÓZEK – 2 SZT.:
- a) w pkt. I.7 zamawiający zmienia zapis z:  
„**Regulacja wysokość leża w zakresie 50-90cm za pomocą dźwigni nożnej kodowanej kolorystycznie oraz graficznie.**” na:  
„**Regulacja wysokość leża w zakresie 50-90cm za pomocą dźwigni nożnej kodowanej kolorystycznie oraz graficznie. Leże podparte na dwóch kolumnach hydraulicznych.**”.
10. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 05 w poz. nr 2 - POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA - 6 SZT.:
- a) w pkt. I.22 zamawiający zmienia zapis z:  
„**Statyw jezdny do pompy z gniazdami 230V – 3 szt.**” na:  
„**Statyw jezdny do pompy z gniazdami 230V**”.
11. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ w zadaniu nr 05 poz. nr 4 - ZESTAW DO SZYBKICH I REGULARNYCH PRZETOCZEŃ (W TYM MIN. 5 POMP STRZYKAWKOWYCH I 1 OBJĘTOŚCIOWA W STACJI DOKUJĄCEJ)- 1 SZT.:
- a) zamawiający wykreśla pkt. I:  
„~~**Zestaw do szybkich i regularnych przetoczeń złożony z 5 pomp strzykawkowych i jednej pompy objętościowej w mobilnej stacji dokującej**~~”;
- b) zamawiający zmienia:  
„pkt. II POMPA STRZYKAWKOWA – 5 szt” na:  
„pkt. I POMPA STRZYKAWKOWA – 5 szt”;
- c) w pkt. I.22 zamawiający zmienia zapis z:  
„**Statyw jezdny do pompy z gniazdami 230V – 3 szt.**” na:  
„**Statyw jezdny do pompy z gniazdami 230V**”.

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana będzie wiążąca przy składaniu ofert.

W związku z powyższym oferty składane w niniejszym postępowaniu muszą uwzględniać modyfikacje wprowadzone niniejszym dokumentem.

**Brak uwzględnienia zmian wprowadzonych niniejszym dokumentem będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP, t.j. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.**

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert.

**Nowy termin to: 30.08.2018r., do godz. 11:00.** Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR

szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Bartoszycach

Stawomir Wójcik  
Lekarz

Kierownik zamawiającego

SZPITAL POWIATOWY

im. Jana Pawła II  
11-200 BARTOSZYCE  
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11  
tel. (89) 675 23 50, fax (89) 764 29 58  
NIP 743-16-41-687 • REGON 000308436  
województwo warmińsko-mazurskie